

# CERTIFIKÁT TYPU

číslo: **CZ/CIM-C/40-22**

vydaný

Žadateli:

**YANNICK – Plast s.r.o.**

Dukelská 76, 742 42 Šenov u Nového Jičína, CZ/ IČO: 27777294

na výrobek:

## **Nádoba na medicínální odpad konstrukční typ: YANNICK BOX, řada MEDIUS**

• objem – typ A: 1 L; typ B: 1,5 L; typ C: 2 L, typ D: 2,5 L • materiál: polypropylén Mosten nebo jeho ekvivalent • vyrobený dle výkresů č.: V-400 001-2, V-400 006-7 • rozměry Ø 143 mm výška: A – 105 mm; B – 150 mm; C – 200 mm; D – 260 mm • btto hmotnost: A – 500 g; B – 700 g, C – 900 g, D – 1200 g • víko je opatřeno vlačovacím víčkem o Ø 63 mm, konstrukce je provedena tak, aby nedošlo k sejmutí víka a vyjmutí obsahu boxu • **určená k jednorázovému použití pro uchovávání potenciálně nebezpečných ostrých předmětů zdravotnického odpadu.**


Výrobce:

**YANNICK – Plast s.r.o., provozovna: Tylov 161,  
793 02 Lomnice u Rýmařova, CZ**

**Platnost tohoto certifikátu a souvisejících dokladů končí dne 4.5.2025.**

V Praze dne 4.5.2022



  
Magdalena Bambousková, Dis.  
vedoucí pracoviště Praha  
CIMTO, s.r.o.,  
organizace pověřená MD ČR



CIMTO, s.r.o. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku konstrukčního typu **YANNICK BOX, řada MEDIUS**, zjistil shodu jeho vlastností se základními požadavky následujících technických předpisů:

- výrobní technická dokumentace: V- 400 001, V- 400 002, V- 400 006, V- 400 007
- technické normy a předpisy, k nimž bylo provedeno posouzení shody: **ČSN EN ISO 23907-1 (85 4002): Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a zkušební metody – Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití.**

Certifikační schéma podle **Systému 5** (obsahuje kontrolu řízení kvality výroby) **dle ČSN EN ISO/IEC 17067.**

Nedílnou součástí a přílohou tohoto certifikátu jsou následující doklady:

- Protokol o výsledku certifikace č. 22/C/40, vydaný certifikačním odd. dne 4.5.2022
- Protokol o zkoušce č. 064-2022, který vydala AZL 1075 dne 2.5.2022

### **Upozornění:**

pokud žadatel hodlá výrobek uvádět do oběhu po uplynutí lhůty platnosti tohoto certifikátu, doporučuje se, aby pro zabezpečení časové návaznosti tohoto a dalšího certifikátu podal přihlášku u CIMTO, s.r.o. nejpozději **měsíc před uplynutím doby platnosti.**

### **Poučení:**

- Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání k CIMTO, s.r.o. do 15 dnů ode dne doručení certifikátu. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
- Vyráběný, popř. do oběhu dáváný (dovážený) certifikovaný výrobek musí být trvale v souladu s certifikovaným typem výrobku.
- Žadatel smí prohlašovat, že má výrobek certifikován jen v rozsahu uvedeném v předmětném certifikátu.
- Při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem) nebo při pozastavení jeho účinnosti nesmí být využíváno všech výhod z certifikátu plynoucích.