

# CERTIFIKÁT TYPU

číslo: **CZ/CIM-C/54-22**

vydaný

Žadateli:

**YANNICK – Plast s.r.o.**

Dukelská 76, 742 42 Šenov u Nového Jičína, CZ/ IČO: 27777294

na výrobek:

## **Nádoba na medicínální odpad konstrukční typ: YANNICK BOX, řada MAJOR**

• objem – typ A: 4 L; typ B: 5 L; typ C: 6 L; typ D: 8 L; typ E: 10 L • materiál: polypropylén Mosten nebo jeho ekvivalent • vyrobený dle výkresů č.: V-100 002-3, V-300 003-4 • rozměry Ø 265 mm, výška: A – 118 mm; B – 144 mm; C – 170 mm; D – 225 mm; E – 260 mm • btto hmotnost: A – 2682 g; B – 3112 g, C – 3420 g, D – 3865 g, E – 4225 g • víko je opatřeno vtačovacím víčkem o Ø 86 mm, konstrukce je provedena tak, aby nedošlo k sejmutí víka a vyjmutí obsahu boxu • **určená k jednorázovému použití pro uchovávání potenciálně nebezpečných ostrých předmětů zdravotnického odpadu.**


Výrobce:

**YANNICK – Plast s.r.o., provozovna: Tylov 161,  
793 02 Lomnice u Rýmařova, CZ**

**Platnost tohoto certifikátu a souvisejících dokladů končí dne 27.5.2025.**

V Praze dne 27.5.2022



  
Magdalena Bambousková, Dis.  
vedoucí pracoviště Praha  
CIMTO, s.r.o.,  
organizace pověřená MD ČR

CIMTO, s.r.o. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku konstrukčního typu **YANNICK BOX, řada MAJOR**, zjistil shodu jeho vlastností se základními požadavky následujících technických předpisů:

- výrobní technická dokumentace: V- 100 002, V- 100 003, V- 300 003, V- 300 004
- technické normy a předpisy, k nimž bylo provedeno posouzení shody: **ČSN EN ISO 23907-1 (85 4002): Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a zkušební metody – Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití.**

Certifikační schéma podle **Systému 5** (obsahuje kontrolu řízení kvality výroby) **dle ČSN EN ISO/IEC 17067.**

Nedílnou součástí a přílohou tohoto certifikátu jsou následující doklady:

- Protokol o výsledku certifikace č. 22/C/54, vydaný certifikačním odd. dne 27.5.2022
- Protokol o zkoušce č. 066-2022, který vydala AZL 1075 dne 25.5.2022

***Upozornění:***

pokud žadatel hodlá výrobek uvádět do oběhu po uplynutí lhůty platnosti tohoto certifikátu, doporučuje se, aby pro zabezpečení časové návaznosti tohoto a dalšího certifikátu podal přihlášku u CIMTO, s.r.o. nejpozději **měsíc před uplynutím doby platnosti.**

***Poučení:***

- Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání k CIMTO, s.r.o. do 15 dnů ode dne doručení certifikátu. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
- Vyráběný, popř. do oběhu dávaný (dovážený) certifikovaný výrobek musí být trvale v souladu s certifikovaným typem výrobku.
- Žadatel smí prohlašovat, že má výrobek certifikován jen v rozsahu uvedeném v předmětném certifikátu.
- Při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem) nebo při pozastavení jeho účinnosti nesmí být využíváno všech výhod z certifikátu plynoucích.