

**YANNICK-Plast s.r.o.**  
**Dukelská 76**  
**742 42 Šenov u Nového Jičína**  
**Czech Republik, IČ: 277 77 294**  
**Reg.:OR KS Ostrava, oddělení C,vložka 51510**

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že boxy řady **MAJOR** na medicínální odpad o objemech :

- **YANNICK BOX 4 L      YANNICK BOX 5 L**
- **YANNICK BOX 6 L      YANNICK BOX 8 L      YANNICK BOX 10 L**

splňují požadavek katalogu odpadů pod značením 180101 **ostré předměty**, které jsou považovány za nebezpečný odpad. Kontejnery na biologický a infekční odpad dále splňují podmínky **vyhlášky 306/2012 Sb.**, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče dle **zákona 258/2000 Sb.**

Tato řada nádob byla certifikována dle ČSN EN ISO 23907 Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty. Dále bylo provedeno certifikačním společností posouzení shody dle ADR, kdy náleží do třídy 6.2 a řadí se ke klinickým odpadům a jsou přiřazeny k UN 3291. Tyto nádoby odpovídají požadavkům Metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha.

Pro bezpečné nakládání se specifickým odpadem je vhodné barevné rozlišení sběrných nádob. Barva nádob řady MAJOR odpovídá doporučení Státního zdravotního ústavu Praha, kdy žlutá je přiřazena pro infekční odpad a červená pro odpad ke spálení, proto naše nádoby jsou vyráběny v kombinaci barev žluté a červené.

Boxy jsou spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách a při jeho spalování se neuvolňují do ovzduší žádné životu a zdraví nebezpečné látky.

V Šenově u Nového Jičína dne 13.2. 2021

Ing. Pavel Tomčala  
jednatel společnosti

